

Olsztyn, dnia 1 października 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania przeglądów serwisowych, testów specjalistycznych i legalizacji urządzeń medycznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 621628-N-2018, 2018-09-25)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące **pytania**:

1. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu podawania danych wymaganych w załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje o wynagrodzeniach pracowników, są informacjami poufnymi.  
**Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania wysokości minimalnego wynagrodzenia w przypadku gdy ono występuje. Wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest informacją poufną. Zamawiający w przypadku wystąpienia wyższego wynagrodzenia niż minimalne nie wymaga jego podania.**  
**Mając na uwadze zapis zawarty w § 12 ust. 6 pkt. 2 wzoru umowy wypełnienie załącznika nr 6 jest niezbędne.**
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia aparatury zastępczej. Wymaganie to jest trudne do realizacji ze względu na konieczne w tej sytuacji czynności logistyczne i transportowe.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę od odstąpienia od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego.**
3. Czy Zamawiający będzie wymagał dla urządzenia Agfa Mamoray Classic EOS 527221/100 4 konserwacji rocznie zgodnie z zaleceniami producenta?  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że będzie wymagał 4 konserwacji rocznie zgodnie z zaleceniami producenta.**
4. Prosimy aby dla urządzenia Drystar 5300 5365/100 umowa serwisowa obowiązywała tylko w zakresie przeglądów okresowych w ilości 1/rok.  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że dla wyżej wymienionego urządzenia wymaga wykonania tylko przeglądu 1 raz w roku.**

**UWAGA:**

Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska  
(Podpis osoby uprawnionej)