

Olsztyn, dnia 07-05-2020

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. II

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę rękawic jednorazowych** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 076-179333 z dnia 17-04-2020*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **poz. 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie protein <20 µg/g, obustronnie chlorowanych, o grubości na palcu 0,33-0,34mm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający wymaga próbek do oceny jakościowej w ilości 2 opakowań zbiorczych do każdej z pozycji z części.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli:

- dla rękawic chirurgicznych – 2 opakowania zbiorcze po 50 par rękawic (razem 100 par)
- dla rękawic diagnostycznych – 2 opakowania po 100 sztuk (razem 200 sztuk)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość par lub sztuk przeznaczonych do oceny zależy od wielkości oferowanego przez Wykonawcę opakowania. Jeśli opakowanie zawiera np. 50 par, wymagane jest dostarczenie dwóch opakowań po 50 par, jeśli opakowanie zawiera np. 90 sztuk, w przypadku rękawic diagnostycznych, wówczas wymaga się dwóch opakowań po 90 sztuk.**

*Dyrektor*  
*Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie*  
*Irena Kierzkowska*