

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.II

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na produkty lecznicze i wyroby medyczne na potrzeby stacji dializ** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2018/S 186-419788 z dnia 27-09-2018*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Dotyczy części nr 15 oraz 20:**

Biorąc pod uwagę zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość udziału w postępowaniu większej liczby oferentów czy zamawiający w części nr 15 i 20 zezwoli na zaoferowanie dializatorów wysokoprzepływowych jednorazowego użytku z błoną biozgodną zbudowaną z mieszaniny dwóch polimerów poliaryloetersulfonu oraz poliwinylolopirolidonu o powierzchniach 1,4 ; 1,8 ; oraz 2,1 m<sup>2</sup> ? Błona zastosowana w w/w dializatorach pozwala na 22% większą wydajność w stosunku do innych dializatorów o tej samej powierzchni co zapewni adekwatność dializacji dla wszystkich pacjentów zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Dotyczy części nr 11 poz. 2:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wodorowęglanu sodu do hemodializy proszek typu Sol-Cart B O pojemności 760g .

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 2 cz. nr 11 preparatu o pojemności 760g, przy zachowaniu pozostałych wymagań wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W powyższym zakresie Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

.....  
podpis osoby uprawnionej