

Olsztyn, dnia 17-06-2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku bo badań i zabiegów diagnostyczno – interwencyjnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 102-266518 z dnia 28 maja 2021r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Część nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 1 cewników diagnostycznych o dwóch różnych średnicach wewnętrznych przy 5F do prawej (0.045”) i lewej tętnicy (0.047”)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stengraft wieńcowy dostarczany był w ramach umowy sukcesywnej, a nie umowy komisowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 22

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 22 formularza cenowego (załącznika nr 2 do swz) przewodników ultra sztywnych amplatz o dostępnych średnicach tylko 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DZPZ/333/13UEPN/2021

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 części 22 formularza cenowego (załącznika nr 2 do swz) przewodników hydrofilnych o dostępnych średnicach 0.018" i 0.035" dla shaftu standardowego i 0.035" dla shaftu sztywnego w długościach 80, 150, 180, 260 i 320cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 13 części 22 formularza cenowego (załącznika nr 2 do swz) cewników balonowych przeznaczonych do czasowego zamknięcia dużych naczyń o średnicy 9 lub 10F kompatybilny z koszulką 12 lub 14F i przewodnikiem 0.035". Maksymalna średnica wypełnionego balonu – 32mm (30ml) przy długości shaftu 120cm dla cewników o średnicy 9F lub – 46mm (60ml) przy długości shaftu 140cm dla cewników o średnicy 10F.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 24 części 22 formularza cenowego (załącznika nr 2 do swz) filtrów platynowych do żyły głównej dolnej uniwersalny – z dostępu udowego lub szyjnego o długości 49-50mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 24

poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie:

- Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min. św. wewn. 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10
- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F

Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 5.

Z uwagi na wycofanie z rynku mikrocewnika o podanej w SIWZ charakterystyce prosimy o wyłączenie z pakietu niniejszej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejszym wykreśla w/wym. pozycję z części. W powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 7 i 8.

Prosimy o dopuszczenie Mikroprzewodnik o długości całkowitej 200cm i 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 lub 10cm. Średnica przewodnika 0,008” lub 0,014” na całej długości. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 9.

Prosimy o dopuszczenie Balonu o średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2 ; 2,5 i 3,0F . Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 10.

Z uwagi na wycofanie z rynku adaptera podwójne Y o podanej w SIWZ charakterystyce prosimy o wyłączenie z pakietu niniejszej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że niniejszym wykreśla w/wym. pozycję z części. W powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 11.

Prosimy o dopuszczenie Balonu o średnicy przejścia (crossing profile) 2, 2F . Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 13.

Prosimy o dopuszczenie stentu posiadającego: Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (dot. Stentu 3- 4mm). Cztery markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu (dot. Stentu 5-6mm) . Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DZPZ/333/13UEPN/2021
poz. 14.

Prosimy o dopuszczenie mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/2,4F. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 16.

Z uwagi na wycofanie z rynku mikrokleszczy o podanej w SIWZ charakterystyce prosimy o pozwolenie na zaoferowanie równoważnego produktu w postaci pętli do usuwania ciał opcych o następujących parametrach: Pętla zaciskowa odchodząca prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu. Wysoce radiocieniująca, wykonana z połączanego drutu wolframowego. Średnice pętli: 5.0 mm; 10.0 mm; 15.0 mm; 20.0 mm; 25.0 mm; 30.0 mm; 35.0 mm. Średnice mikropętli: 2.0 mm; 4.0 mm; 7.0 mm; Długość pętli od 65 cm do 200 cm. W komplecie: pętla, cewnik i torquer.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 17.

Prosimy o dopuszczenie mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/2,4F. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 20.

Prosimy o dopuszczenie Kopolimer (etylen z alkoholem winylowym) EVOH. DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH. Zawiera rozdrobniony proszek tantalu.. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 21.

Prosimy o możliwość zaoferowania:

- Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”
- Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm
- mikrocewnik bez mandrynu ułatwiającego wprowadzenie do cewnika prowadzącego (wersja „non stilet”). Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 24.

Prosimy o możliwość zaoferowania Dwie średnice urządzenia 4 i 6 mm i długość 20/24/40mm. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 25.

Prosimy o możliwość zaoferowania w zamian za wyszczególniony w części 24 poz. 25, mikrocewnik o następującej charakterystyce:

- System dostawczy Mikrocewnik o długości całkowitej 158, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

- Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

poz. 31.

Prosimy o dopuszczenie: Rurka aspiracyjna łącząca cewnik z kanistrem i pompą aspiracyjną, rurka o świetle wewnętrznym 0,110" i długości 112", odcinek dystalny o długości 7".

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 25 poz. 1 spiral embolizacyjnych pokrywanych, odczepianych elektromechanicznie, spiral platynowych pokrywanych polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości z system odczepiania gwarantującym dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy, spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka, spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010" i 0,018 ", spirale o różnych wymiarach średnic i długości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DZPZ/333/13UEPN/2021

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 25 poz. 13 cewnika o średnicy zewnętrznej 5F i długości 115 cm i 125 cm oraz cewnika o średnicy zewnętrznej 6F i długości 115 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 25 poz. 14 cewnika o średnicy zewnętrznej 6F i długości 125 cm oraz 131 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 31

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie (wydzielenie) z części nr 31 pozycji numer 2? Pozwoli to nam na złożenie oferty na pozostałą część pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie (wydzielenie) z części nr 31 pozycji numer 3c (pozycje 3a oraz 3b bez zmian) ? Pozwoli to nam na złożenie oferty na pozostałą część pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie (wydzielenie) z części nr 31 pozycji numer 4? Pozwoli to nam na złożenie oferty na pozostałą część pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie części nr 31 w pozycji numer 13 stentu o parametrach: średnice 5-8mm, długości 20-150mm, pozostałe parametry bez zmian? Pozwoli to nam na złożenie oferty na pozostałą część pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy w ramach zadania 31 Zamawiający dopuści produkty o zbliżonych parametrach:

- w pozycji 10: **Cewnik balonowy 0,018”**

- system OTW
- średnice: 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/7mm
- długości: 20/40/60/80/120/150/200/250/300mm zależnie od średnicy balonu
- długość shaftu: 90 i 130cm oraz 180cm dla niektórych parametrów cewnika
- RBP 12-22 atm
- rozmiar koszulki 4F -5F
- 2 platynioidowe markery doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w pozycji 11: **Cewnik balonowy 0,014”**

- cewnik OTW (średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm dla wersji OTW) lub RX (średnice: 2/2,5/3/3,5/4mm)
- średnice: 1,5/2/2,5/3/3,5/4mm
- długości: 20/40/80/120/150/210mm (dla dł. 210 – tylko system RX)
- wersja z balonem taperowanym dla długości balonu 210 mm oraz średnic 2,0/2,5, 2,5/3,0, 3,0/3,5, 3,5/4,0 mm
- RBP 14-16atm
- długość shaftu 90cm, 120cm, 150 cm oraz 170 cm – w zależności od rozmiaru balonu
- rozmiar koszulki 4F
- markery doskonale widoczne w skopii, dodatkowo balony o długości 150 i 210 mm posiadają dwa markery w środkowej części
- atraumatyczna końcówka o profilu 0,017”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w pozycji 12: **Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej w systemie RX**

- Stent wykonany z nitinolu, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego.
- Stent dostarczany w cewniku typu "rapid exchange", kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z przewodnikiem 0,014". Stenty

DZPZ/333/13UEPN/2021

proste o rozmiarach 6, 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 30, 40, 60mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8x6mm oraz 10x7mm i długościach 30 i 40mm.

- Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą.
- Stent o zerowej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w pozycji 13: **Stent samorozprężalny obwodowy – zgodnie z SWZ**

- w pozycji 14: **Stent samorozprężalny obwodowy - zgodnie z SWZ**

- w pozycji 17: **Spirale odczepialne**

- Odczepialne spirale obwodowe przeznaczone do żyłnej i tętniczej embolizacji wykonane z platyny, pokryte włóknami PGLA
- Charakteryzują się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukując przepływ
- Koile przyjmujące kształt helikalny lub 3D
- Szeroki zakres rozmiarów: średnice: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,18,20mm; długości: 4,6,8,10,15,20,30,40,50cm
- Zewnętrzny system odczepiania
- Możliwość repozycjonowania koili
- Kształt koili 3D ułatwiający wypełnienie sferycznych zmian

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 32

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatora (strzykawki wysokociśnieniowej) o pojemności 20 ml i wytrzymałości do 30 atmosfer. Pozostałe warunki SIWZ spełnione. Proponowany inflator znany jest w wielu pracowniach w Polsce i cieszy się nienaganną opinią.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatora o rękojeści pistoletowej o pojemności 20 ml i wytrzymałości 30 atm.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 34

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie **pozycji 2 i 3 z Części 34** i utworzenie z nich osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy w ramach tego zadania Zamawiający dopuści produkty o nieznacznie zmienionych parametrach:

- w pozycji 2: **Cewnik balonowy 0,014"** – o długościach w zakresie 20-210cm, reszta parametrów zgodnie z SWZ
- w pozycji 3: **Cewnik balonowy 0,018"** – o szerszym zakresie długości: 20- 300 mm , wszystkie parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 34 pkt 4 introducer zbrojony o długościach: 45 cm (cross i prosty), 65 cm (prosty) i 90 cm (prosty), pozostałe parametry SWZ pozostają bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 37

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie **pozycji 2 i 3 oraz 7 z Części 37** i utworzenie z nich osobnego pakietu, co co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy w ramach tego zadania Zamawiający dopuści produkty o zbliżonych parametrach:

- w pozycji 2: **Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej w systemie RX**

- Stent wykonany z nitinolu, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego
- Stent dostarczany w cewniku typu "rapid exchange", kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z przewodnikiem 0,014". Stenty proste o rozmiarach 6, 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 30, 40, 60mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8x6mm oraz 10x7mm i długościach 30 i 40mm.
- Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą.
- Stent o zerowej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w pozycji 3: **System protekcji dystalnej** - dostępny tylko na przewodniku niezależnym, reszta parametrów zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DZPZ/333/13UEPN/2021

- w pozycji 7: **Stenty na balonie do naczyń nerkowych** – stent wykonany ze stali medycznej, RBP 14 lub 15 atm – w zależności od rozmiaru, dostępne długości od 10 do 24mm, reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 38

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 części formularza cenowego (załącznika nr 2 do swz) dużych koszulek wprowadzających o następujących parametrach: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr. 20F, długość 25cm dla śr. 22F i 24F oraz rozszerzacz naczyniowy o długości 41cm (koszula o dł. 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do przewodnika 0,035". Dostępne hydrofilne rozszerzacze o długości 45cm i śr. 14-26F.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część nr 42

Zasady równości i proporcjonalności nakładana na zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości dlatego proponujemy ofertę lepszą jako równoważną na produkt, **który nie wpływa na funkcjonalność użytkową przedmiotu zamówienia** umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu leczenia i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie cewników do trombolizy o niewielkich różnicach technicznych, nie wpływających na funkcjonalność cewnika:

Zestaw do trombolizy celowanej, Zawiera cewnik, przewód zamykający, Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm,90cm,135cm, Długość segmentu infuzyjnego: Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm, Systemy 90 cm i 135 cm: 2 cm 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Szczeliny wykonane wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Szczeliny rozwierające się pod wpływem ciśnienia i zapewniające jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji Cewnik wyposażony

DZPZ/333/13UEPN/2021

w dwa radiocieniujące markery ułatwiające pozycjonowanie. w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie odrzucenia produktu o zaproponowanych cechach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania ogólne

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 5 ust. 2 następującego brzmienia: „Do chwili pobrania towaru z depozytu, towar pozostaje własnością Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SWZ poprzez nadanie § 7 ust. 2 następującego brzmienia: „Do chwili pobrania towaru z depozytu, towar pozostaje własnością Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 5 ust. 15 o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SWZ poprzez dodanie § 7 ust. 15 o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zwracamy się z zapytaniem do zamawiającego czy depozyt jest obowiązkowy może czy musi być złożony depozyt ?? Zamawiający może przechowywać w depozycie asortyment Wykonawcy w ilości odpowiadającej 20% wartości asortymentu określonego w niniejszej umowie, tj. zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie części, dla których przewidział zawarcie umowy komisowej, depozyt musi być utworzony, zgodnie z warunkami umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie **pozycji 10, 11, 12, 13, 14 oraz 17 z Części 31** i utworzenie z nich osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy: §2 umowy nr DZPZ/333/13UEPN/2021 (dla części 1,2,3,8,11,14,18,26,32,33,35,43)

Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia towaru do 5 dni roboczych w zakresie części nr 35.

Przy aktualnej sytuacji na globalnych rynkach, problemami z dostawami, transportem oraz z uwagi na fakt nieprzewidywalności terminu zakończenia tej trudnej sytuacji, określanej przez ustawodawcę krajowego i rząd jako epidemia a zatem siła wyższa termin do 2 dni roboczych może się okazać zbyt krótki i dla wielu Wykonawców wręcz niemożliwy do dotrzymania zaś wkalkulowanie ryzyka kar umownych w cenę oferowanych produktów może spowodować składania zawyżonych ofert co nie jest korzystne ani dla Zamawiającego ani dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy: §7, ust 2 umowy nr DZPZ/333/13UEPN/2021 (dla części 1,2,3,8,11,14,18,26,32,33,35,43)

Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na modyfikację minimalnego terminu ważności wyrobów medycznych w zakresie części nr 35, z 12 miesięcy do 6 miesięcy od daty dostarczenia lub 12 miesięcy od daty produkcji dostarczonych wyrobów medycznych. Zwracamy uwagę, iż przedmiotowa umowa ma zostać zawarta na okres 24 miesięcy i będzie realizowana w częściach dowolnie wskazanych przez Zamawiającego ilościowo i jakościowo. Mając na uwadze powyższe zaproponowany przez Wykonawcę termin ważności dla znaczników w pełni zabezpiecza uzasadniony interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).“

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DZPZ/333/13UEPN/2021

Czy w związku z zapisami w rozdziale VIII o braku wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych konieczne jest złożenie wraz z ofertą jakichkolwiek dokumentów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (np. ulotek), o których mowa w pkt. 1 rozdziału X swz ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wymagane dokumenty, które należy złożyć na etapie składania ofert zostały określone w rozdz. IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Prosimy o informację jakich dodatkowych dokumentów zamawiający wymaga w pkt. 3 (ostatni) rozdziału X swz, skoro nie zostały określone żadne szczególne warunki udziału w postępowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Zapis, o którym mowa powyżej jest ogólny i dotyczy sytuacji, w której Wykonawca złożyłby dokumenty wyrażone w walucie innej, niż PLN.

podpis osoby uprawnionej