

Olsztyn, dnia 11-08-2020

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu okulistycznego** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 138-338865 z dnia 20-07-2020*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 1** perfluorodekalinę o temperaturze wrzenia 140 stopni oraz lepkości od 6.2 do 4.4 mPas, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 3** barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 3** barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C<sub>48</sub>H<sub>50</sub>N<sub>3</sub>NaO<sub>7</sub>S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 4** gaz SF<sub>6</sub> w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z trzema zestawami do podaży w składzie: 3 x strzykawka 60 ml, 3 x filtr 0.2 um, 3 x igła 30G, 3 x opaska dla pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 5** gaz C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z trzema zestawami do podaży w składzie: 3 x strzykawka 60 ml, 3 x filtr 0.2 um, 3 x igła 30G, 3 x opaska dla pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 6** wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.800.000 - 3.200.000 daltonów, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 22** hydroksypropylometylocelulozę 2.4% stężenie 24 mg/ml w ampułkostrzykawkę 2.3 ml z kaniulą 23G, lepkość 7000 ( $\pm 3,000$  mPas) masa cząsteczkowa ~ 500,000 Da: Ph-6.8-7.6: objętość 2,0 ml kaniula 23 G, temperatura przechowywania 2°C - 25°C ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 40** soczewkę wewnątrzgałkową, tylnokomorowa, jednoczęściowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, dwuwypukłe asferyczne, dwie części haptyczne, podwójna ostra krawędź, filtr UV

Uwodnienie: 25%

Współczynnik refrakcji: 1.46

Moc optyczna: 0D to +40D (0D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D)

Średnica optyczna: 6 mm

Długość całkowita: 12.5 mm

Angulacja: 5 st

Stała A-Constant: 118.3

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 41** soczewkę jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV

Uwodnienie: 25%

Współczynnik refrakcji: 1.46

Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D)

Średnica optyczna: 6 mm

Długość całkowita: 10.75 mm

Angulacja: 5 st

Stała A-Constant: 118.6

Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)

Wstępnie załadowana

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 8.** Czy Zamawiający dopuści oferowany przez nas produkt o następujących właściwościach/parametrach : (i) osłona oka, pooperacyjna, przezroczysta (porowata), z dziurkami o wymiarach : 7,8cm x 6,5cm (+/- 2mm) ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 8.** Czy Zamawiający dopuści oferowany przez nas produkt o następujących właściwościach/parametrach : (i) osłona oka, pooperacyjna, porowata z warstwą samoprzylepną o wymiarach : okienko 6,5cm x 4,5cm (+/- 2mm) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**dot. Części 39:** Czy zamawiający dopuści w składzie zestawu do zaćmy: strzykawkę 3 ml (zamiast 2 ml)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**dot. Część 9 i 36:** Ze względu na fakt, że oferowane w części 9 i 36 wyroby medyczne sprzedawane są w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk, Zamawiający określi zapotrzebowanie z uwzględnieniem pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wycena zaoferowanych produktów winna odbyć się zgodnie z jednostką miary określona w Formularzu cenowym. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostek miary. Ponadto Zamawiający informuje, że nie zna sposobu konfekcjonowania produktu u innych producentów.

**dot. Część 43:** Ze względu na fakt, że oferowane w części 43 wyroby medyczne sprzedawane są w opakowaniach handlowych zawierających 12 sztuk, Zamawiający określi zapotrzebowanie z uwzględnieniem pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wycena zaoferowanych produktów winna odbyć się zgodnie z jednostką miary określona w Formularzu cenowym. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostek miary. Ponadto Zamawiający informuje, że nie zna sposobu konfekcjonowania produktu u innych producentów.

**dot. rozdziału V, pkt. 1.2 SIWZ:** Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazu dostaw potwierdzonego referencjami dla wyrobów medycznych okulistycznych na łączną kwotę wskazaną w SIWZ ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt okulistyczny określony kodem CPV 33122000-1.

**dot. rozdziału V, pkt. 1.2 SIWZ:** Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch dostaw wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów okulistycznych, o łącznej wartości brutto zgodnej z sumą kwot wskazanych w SIWZ bez wyodrębniania rodzajowego, ze względu na fakt, że głównie w ten sposób są opisywane referencje?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt okulistyczny określony kodem CPV 33122000-1. W warunkach określonych w SIWZ nie ma mowy o wyodrębnianiu rodzajowym.

**dot. części 29:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. części soczewki nagałkowej kontaktowej (opatrunkowej) z materiału lotrafilcon A, o uwodnieniu 24% oraz średnicy 13.8 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §1 projektu umowy ustępu nr 2?

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy, wszystkie zamówienia złożone w okresie obowiązywania umowy powinny zostać zrealizowane, dotyczy to zarówno dostaw jak i realizacji ewentualnych obowiązków reklamacyjnych/ gwarancyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących lub w niniejszej umowie. Zamawiający zobowiązany jest zrealizować umowę w przynajmniej 80% i w takim zakresie Wykonawcy przysługują roszczenia o jej realizację.”*

Uzasadnienie:

Jednostronne odstąpienie od umowy zawartej na czas oznaczony bez żadnej istotnej przyczyny jest zbyt daleko idącym uprawnieniem Zamawiającego. Sytuacje takie powinny wynikać z przepisów lub konkretnych zapisów umowy. Ponadto Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Próg 80% pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko i przedstawić korzystną ofertę. W takim też zakresie Wykonawcy powinny przysługiwać roszczenia o realizację umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia mu reklamowanych wyrobów ustosunkuje się pisemnie do reklamacji.”*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od momentu dostarczenia mu reklamowanych wyrobów. Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanego asortymentu powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:*

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **netto** towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż **10 %** wartości **netto** niedostarczonego towaru.*
- 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości umownej **netto** (§9 ust.1) niezrealizowanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.*
- 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.”*

Uzasadnienie:

- Prosimy o obniżenie kary umownej za nieterminową dostawę do 0,5% dziennie. Kara w wysokości 1,5% dziennie jest kilkadziesiąt razy wyższa niż wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie należnych Wykonawcy, taka dysproporcja jest niezgodna z zasadą równości stron umowy. Konsekwentnie prosimy też o obniżenie górnej granicy naliczanych kar;

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do tej wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §11 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „4. *Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do projektu umowy postanowień, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z SIWZ, umowa ma być zawarta na 36 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający nadmienia, że art. 142 ust. 5 mówi o wynagrodzeniu należnym Wykonawcy a przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, a nie usługa, zatem nie**

może być mowy o wynagrodzeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana stawki podatku VAT została uregulowana w projekcie umowy.

Umowa komisju (Załącznik nr 5)

SIWZ nr DZPZ/333/19UEPN/2020

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących lub w niniejszej umowie. Zamawiający zobowiązany jest zrealizować umowę w przynajmniej 80% i w takim zakresie Wykonawcy przysługują roszczenia o jej realizację. ”

Uzasadnienie:

Jednostronne odstąpienie od umowy zawartej na czas oznaczony bez żadnej istotnej przyczyny jest zbyt daleko idącym uprawnieniem Zamawiającego. Sytuacje takie powinny wynikać z przepisów lub konkretnych zapisów umowy. Ponadto Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Próg 80% pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko i przedstawić korzystną ofertę. W takim też zakresie Wykonawcy powinny przysługiwać roszczenia o realizację umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W trosce o należytą gospodarkę materiałową, Zamawiający zobowiązuje się zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności. Na życzenie Zabawiającego, Wykonawca może wymienić dany towar na inny najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem jego terminu przydatności. ”?

Uzasadnienie:

- Aby minimalizować ilość odpadów, Zamawiający powinien zużywać wyroby począwszy od tego o najkrótszej dacie przydatności;
- W okresie obowiązywania umowy to Zamawiający sprawuje bieżącą pieczę nad powierzonymi mu wyrobami, ewentualna wymiana towaru może nastąpić na jego wniosek;
- Wyrób o dacie przydatności krótszej niż 9 miesięcy jest w zasadzie niesprzedawalny, dlatego ewentualna wymiana może nastąpić przed tym terminem;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w okresie obowiązywania umowy, o ile jego termin przydatności nie będzie krótszy niż 9 miesięcy. ”?

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 12 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca winien przeprowadzać inwentaryzację towaru zdeponowanego u Zamawiającego co 12 miesięcy. ”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi, aby inwentaryzacja była przeprowadzana raz w roku, przeprowadzanie tej czynności częściej nie jest konieczne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §6 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „**15. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby zaginione, uszkodzone, przeterminowane oraz za te, których termin przydatności będzie krótszy niż 9 miesięcy.**”?

Uzasadnienie:

Umowa powinna jasno precyzować, że Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wyroby zaginione, uszkodzone i o krótszym terminie przydatności niż 9 miesięcy. Należy jednak podkreślić, że jeśli Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takich sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: „**Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia mu reklamowanych wyrobów ustosunkuje się pisemnie do reklamacji.**”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie był liczony od momentu dostarczenia mu reklamowanych wyrobów. Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanego asortymentu powinno być obowiązkiem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca prosi, by termin ten był liczony w dniach roboczych, tak jak terminy dostawy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §9 projektu umowy w następującym brzmieniu: „**W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:**

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto niedostarczonego towaru.**
- 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej netto niezrealizowanej części umowy w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.**
- 3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.”?**

Uzasadnienie:

- Prosimy o obniżenie kary umownej za nieterminową dostawę do 0,5% dziennie. Kara w wysokości 1,5% dziennie jest kilkadziesiąt razy wyższa niż wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie należnych Wykonawcy, taka dysproporcja jest niezgodna z zasadą równości stron umowy. Konsekwentnie prosimy też o obniżenie górnej granicy naliczanych kar;

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do tej wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §13 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „4. *Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Wykonawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do projektu umowy postanowień, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Uzasadnienie:

Zgodnie z SIWZ, umowa ma być zawarta na 36 miesięcy, a więc powinna zawierać postanowienia dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający nadmienia, że art. 142 ust. 5 mówi o wynagrodzeniu należnym Wykonawcy a przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, a nie usługa, zatem nie może być mowy o wynagrodzeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmiana stawki podatku VAT została uregulowana w projekcie umowy.**

Czy Zamawiający dopuści w **części 1** perfluorodekalinę o gęstości 1,908 g/cm<sup>3</sup>, współczynnika refrakcji 1,313 w temp. 20 st. C, temperaturze wrzenia 142 st. C zapakowaną w fiolkę 7ml?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części nr 3** roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg „brillant blue



DZPZ/333/19UEPN/2020

G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3-7,6 osmolarność 301-369 mOsm/k H<sub>2</sub>O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawkę o pojemności 0,5ml.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części 4** gaz SF<sub>6</sub> podawany śródoperacyjnie do oka w ilości 450 sztuk po 10 ml – sterylne jałowe pojemniki Begon-Valve zawierającego niejałowy gaz do chirurgii okulistycznej z jałową, plastikową strzykawką z podziałką o pojemności 50 ml z zamocowanym filtrem wyjaławiającym 0,22 μm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części 5** gaz C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> podawany śródoperacyjnie do oka w ilości 60 sztuk po 10 ml – sterylne jałowe pojemniki Begon-Valve zawierającego niejałowy gaz do chirurgii okulistycznej z jałową, plastikową strzykawką z podziałką o pojemności 50 ml z zamocowanym filtrem wyjaławiającym 0,22 μm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części nr 6** wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę śródoperacyjnie przy fakoemulsyfikacji. Skład chemiczny 1% hialuronian sodu, pH 6.0-8.0; masa cząsteczkowa 3-3.6 mln Daltonów w objętości 1 ml, w ampułkostrzykawce z kaniulą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części 12** nóż tunelowy crescent o szerokości 2,0mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w **części nr 21** retraktory tęczówkowe – 5 sztuk zapakowane w sterylne niepodzielne opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**(część nr 1)** Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5mPas?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**(część nr 6)** Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o masie cząsteczkowej 1,2-2,0 mln D, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**(część nr 6)** Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 10) Czy Zamawiający dopuści pierścień rozszerzający źrenicę o rozmiarze 6,3mm, wykonany miękkiego atraumatycznego dla tkanek oka poliuretanu o kształcie koła, co ułatwia przeprowadzenie kapsuloreksji oraz zapewnia 360° powierzchnię styku z krawędzią źrenicy, kolor zielony dla maksymalnej wizualizacji w trakcie zabiegu? Jak na załączonym zdjęciu



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 17) Czy Zamawiający dopuści nóż Slit 2,4mm nie posiadający przedłużonej krawędzi tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 23) Czy Zamawiający dopuści BSS o pH 7,5?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 28) Czy Zamawiający dopuści pęsetę jednorazową 20G do usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych podczas witrektomii?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 37) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 30G posiadającą kąt zagięcia: 45°, odległość od końcówki do miejsca zagięcia: 4 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 38, poz. 2) Czy Zamawiający usunie z tej pozycji noże pneumatyczne do witrektomii przedniej kompatybilne z aparatem zaoferowanym do dzierżawy w pozycji nr 1.- 200 szt.? Noże te są wyszczególnione w pozycji nr 5

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 38, poz. 6) Czy Zamawiający wraz z olejem silikonowym wymaga dostarczenia zestawu do podaży i usuwania oleju kompatybilnego z oferowanym aparatem z poz. 1?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga powyższego.**

(część nr 40, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o indeksie refrakcji 1,520?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(część nr 41, pkt. 14) Czy Zamawiający dopuści formułę Haigis  $a_0 = -0,8394$  ,  $a_1 = 0,2023$   $a_2 = 0,2272$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

(§ 3 poz. 6- załącznik nr 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Po dokonaniu trzech napraw danego podzespołu lub w przypadku, gdy naprawa podzespołu okaże się niemożliwa, wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy”? Jest to standardowa procedura stosowana w przypadku specjalistycznej aparatury medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Stosowne uregulowanie znajduje się w art. 54 Ustawy o działalności leczniczej.**

#### **dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 projektu umowy do 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **dotyczy § 8 ust. 2 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 2 projektu umowy do 5% wartości umownej brutto niewykonanego zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 soczewki pakowane po 6 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie precyzuje wielkości oferowanego opakowania, jednakże wymaga wyceny i dostarczania soczewek zgodnie z jednostką miary określoną w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w Zadaniu 29 wykazu min. 2 dostaw, których przedmiotem były okulistyczne wyroby medyczne (np. soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne), o wartości nie mniejszej niż określona w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert**

DZPZ/333/19UEPN/2020

wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, które odpowiadają rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia jest sprzęt okulistyczny określony kodem CPV 33122000-1.

**Dotyczy części nr 1** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu:

Fluorowany w 100% perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy, Lepkość (25 st. C) 0,8mPas, Gęstość (25 st. C) 1,93 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20°C): 1,31, Temperatura wrzenia 141°C Naprężenie powierzchniowe (37 st. C) 8,8mBar. Opakowanie: 1 fiolka o pojemności 7 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu w opakowaniach zawierających 10 sztuk fiolek barwnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie precyzuje ilości wymaganych sztuk w opakowaniu. Wykonawca może zaoferować produkt dowolnie konfekcjonowany, natomiast zobowiązany jest wycenić i dostarczać produkt zgodnie z jednostką miary określoną w Formularzu cenowym.

**Dotyczy części nr 6** Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8 – 3.2 mln Daltonów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 12** Czy Zamawiający dopuści również noże tunelowe typu Crescent ostrzony od góry o szerokości : 1.6, 2.2, 2.6 – do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 18** Czy Zamawiający dopuści również nóż sideport trapezoidalny do portu bocznego 1,2 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 19** Czy Zamawiający dopuści również nóż typu MVR 0,9 mm 20G, prosty?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 22** Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 amp/strz., kanila 23G, o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4 500–9 500mPas?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy części nr 29** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu w opakowaniach zawierających 6 sztuk soczewek.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie precyzuje wielkości oferowanego opakowania, jednakże wymaga wyceny i dostarczania soczewek zgodnie z jednostką miary określoną w Formularzu cenowym będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy w Części nr 10 Zamawiający dopuści produkt równoważny: tj.: Pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym.

DZPZ/333/19UEPN/2020

Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górną i dolną, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ? W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy w Części nr 19 Zamawiający dopuści nóż V-lance 20G 1,2mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy w Części nr 22 Zamawiający dopuści roztwór HPMC o lepkości 3000-4000 mPa.s, przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w części 1 Perfluorowęglowodór o podanych parametrach :

Potwierdzenie badaniami laboratoryjnymi zawartości:

Perfluorodekaliny  $\leq 97\%$ ,

Perfluoroheksacyklobutanu  $\leq 3\%$

Indeks refrakcji 1.31

Gęstość:  $1.930 \leq D \leq 1.950$

Pakowany w fiolce o pojemności 7 ml, gotowy do użycia w zestawie igła jednorazowego użytku 20G ( 0,9 mm x 25 mm) oraz strzykawka 10 ml z systemem luer lock.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiająca dopuści w części 21 Retraktory tęczęwkowe wykonane z nylonu i wyposażone w silikonowe stopery ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w części 22 Izotoniczny, sterylny roztwór hydroksymetylocelulozy (HPMC) o stężeniu 2% o podanych parametrach : PH 6 -7.5 Osmolarność (mOsmol/kg) 270-400  
Lepkość 4000-5000, masie cząsteczkowej 480 000 Daltony. Jednorazowa gotowa do użycia szklana strzykawka z płynem o pojemności 2,0 ml i jedna jednorazowa kaniula 23G.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w części 31 dwa rozmiary gąbek silikonowych o podanych rozmiarach : 7,5 mm x 3,5 mm długość 100 mm, 7,5 mm x 2,75 mm długość 10 mm, bez gąbki o wymiarze 6,4/2,3/80 ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści w części 32 taśmę opasującą o wymiarach 2,5 x 0,6 x 120 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

.....  
*podpis osoby uprawnionej*