

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę stymulatorów przeciwbólowych** (*Biuletyn Zamówień Publicznych , Ogłoszenie nr 63223-2017, z dnia 11-04-2017 r.*)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie:

Pytanie nr 1

dotyczy części nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie poniższych parametrów stymulatora rdzeniowego:

-Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy posiadający jednocześnie funkcje: toniczną oraz BURST (stymulacja o częstotliwości 40HZ, składająca się ze stałej sekwencji impulsów o częstotliwości 500Hz, w stałych interwałach) z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych

-Stymulator kompatybilny z poprzednią generacją stymulatorów rdzeniowych dostarczanych do tej pory do Zamawiającego

-Pojemność baterii 7,5 Ah, o opływowym, zaokrąglonym kształcie, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania

-Możliwość wykonania MRI całego ciała przy określonych warunkach

-Programator pacjenta pracujący bezprzewodowo, obsługiwany przez bluetooth

-Automatyczna aktualizacja oprogramowania pilota pacjenta przez system iOS

-Pilot pacjenta w języku polskim (możliwość ustawienia/wybrania innej wersji językowej, jeśli jest potrzeba)

-Specjalna obudowa pilota pacjenta odporna na zarysowania, upadki etc

-Programator lekarski, umożliwiający pełne programowanie pacjenta oraz eksport danych w formacie Excel i Word, pracujący bezprzewodowo na urządzeniu marki Apple

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie stymulatora o parametrach wyszczególnionych powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....

Podpis osoby upoważnionej

