

Olsztyn, dnia 13-02-2018

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów do systemu immunohistochemicznego i histochemicznego wraz z dzierżawą aparatów** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2017/S 008-013123 z dnia 12-01-2018*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Dot. Pakietu Nr 1 **Dotyczy formularza cenowego**

1. Poz. 51 "Czy Zamawiający wymaga klonu 35beta E12 przeciwciała Cytokeratin HMW?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu 34betaE21 przeciwciała Cytokeratin HMW.**

2. Poz. 52 " Czy Zamawiający wymaga klonu AE1/AE3&PCK26 przeciwciała Cytokeratin Pan?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu AE1/AE3&PCK26 przeciwciała Cytokeratin Pan.**

3. Poz. 60 " Czy Zamawiający wymaga klonu cs1-4 przeciwciała EBV?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu cs1-4 przeciwciała EBV.**

4. Poz. 66 " Czy Zamawiający wymaga klonu SP1 przeciwciała ER Estrogen Receptor?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu SP1 przeciwciała ER Estrogen Receptor.**

5. Poz. 111 "Czy Zamawiający wymaga klonu 8G7G3/1 czy klonu SP141 czy klonu SPT24 przeciwciała TTF-1 Thyroid Transcription Factor?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga klonu SP141 przeciwciała TTF-1 Thyroid Transcription Factor.**

6. Poz. 117 " Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 10 sztuk?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań po 10 sztuk, ze stosownym przeliczeniem wymaganej ilości.**

**Dot. Pakietu Nr 2 formularza parametrów wymaganych i punktowanych**

7. "Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii kulek magnetycznych (MGP magnetic glass particle)?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii kulek magnetycznych (MGP magnetic glass particle).**

**Dotyczy punktu 12 parametrów analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych**

8. Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w przypadku 3 -krotnej awarii tego samego podzespołu zobowiązał się do zapewnienia aparatu zastępczego na czas naprawy a na czas awarii zapewnił możliwość wykonania oznaczeń w innej placówce?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Dotyczy punktu 4 parametrów analizator a z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych oraz punktu 2 parametrów Analizatora z oprogramowaniem do automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR**

9. "Czy Zamawiający dopuści system składający się z dwóch analizatorów sterowanych jednym komputerem i który wymaga jednej drukarki?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania systemu składającego się z dwóch analizatorów sterowanych jednym komputerem, wymagającego jednej drukarki.**

**Dotyczy punktu 3 parametrów ocenianych:**

10. "Czy Zamawiający wymaga testu zwalidowanego na preparaty FFPE oraz pozakomórkowe DNA-CFDNA, z osocza krwi ?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej.**

**Dotyczy punktu 4 parametrów ocenianych:**

11. "Czy Zamawiający wymaga testu CE IVD , który wykrywa mutację V600 E?"

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie wymaga zaoferowania testu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.**

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

12. Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.**

13. Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w par. 2 nie ma ust. nr 4. Pytanie bezzasadne.**

14. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w niniejszym postanowieniu umowy były liczone w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe. W powyższym zakresie dokonano stosownej modyfikacji treści SIWZ.**

15. Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.**

16. Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.**

17. Par. 11 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.**

18. Par. 17 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie

**DZPZ/333/1UEPN/2018**

zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści SIWZ.**

Dot. Pakietu Nr 1

**Do części 1. Parametry wymagane dla komputerów stacjonarnych /5 sztuk/**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę aby komputery posiadały systemem windows 10 pro 64bit w związku z tym iż obecnie nie ma na rynku komputerów z systemem xp i windows 7?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie komputerów posiadających system Windows 10 Professional 64 bit. Jednocześnie Zamawiający zastrzega zatrzymanie dysków z danymi po zakończeniu trwania umowy.**

**Dotyczy formularza cenowego:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przeciwciał ATRX było przeznaczone do badań naukowych, nie posiadało certyfikatu CE IVD?”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania przeciwciał ATRX do badań naukowych, nie posiadających certyfikatu CE IVD, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SIWZ.**

.....  
podpis osoby uprawnionej