

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do elektroterapii serca** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2018/S 161-367904 z dnia 23-08-2018*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 1 część poświęconą defibrylatorom dwujamowym w celu utworzenia odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe wydzielenie pozycji z części i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 1 lp. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 1 lp. 7 Czy Zamawiający dopuści stymulatory zaawansowane z automatycznym okresem refrakcji przedsionkowej

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie stymulatorów zaawansowanych z automatycznym okresem refrakcji przedsionkowej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

.....  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
mgr Stanisława Masłowska