

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2018/S 192-433580 z dnia 05-10-2018*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy zgodnie z pkt 4 zał. 5 Zamawiający dopuści możliwość dostawy analizatora bez systemu back-up przy zagwarantowaniu pełnej opieki serwisowej przez autoryzowany serwis producenta, (nieodpłatnej w okresie trwania umowy) posiadanego przez Zamawiającego systemu manualnego back-up, obejmującego okresowe przeglądy oraz wszelkie naprawy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora używanego, obecnie pracującego w pracowni Zamawiającego (rok produkcji: 2013), spełniającego wszystkie parametry wyspecyfikowane w SIWZ, po procedurze gruntownego odnowienia wykonanej przez autoryzowany serwis producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy o potwierdzenie, że określony w pkt. 7 zał. 5 wymóg: „Wszystkie odczynniki/karty i sprzęt (z wyj. sprzętu komputerowego) muszą pochodzić od tego samego producenta” nie dotyczy płynów systemowych analizatora oraz materiałów jednorazowych, tj. bębnow do drukarek, etykiet do drukarek kodów kreskowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

Prosimy o potwierdzenie, że pkt. 21 zał. 5 dotyczy automatycznej kontroli niezgodności obecnie uzyskiwanych wyników badań z wynikami będącymi w archiwum analizatora, tj. ewentualna niezgodność będzie wykryta już na etapie wykonywania badania a nie dopiero po jego wykonaniu i przesłaniu do systemu LIS?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

Prosimy o potwierdzenie, że pkt. 24 zał. 5 dotyczy próbek bez zlecenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

Prosimy o potwierdzenie, że pkt. 28 zał. 5 dotyczący m. in. ciągłego doładowywania płynów eksploatacyjnych analizatora i opróżniania odpadów płynnych Zamawiający ma na myśli zdublowane pojemniki na pokładzie analizatora zarówno na odpady płynne, jak i na płyn eksploatacyjny?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

Prosimy o potwierdzenie, że wymieniona w pkt. 47 zał. 5 kontrola zewnętrzna międzynarodowa winna pochodzić, jak pozostałe karty, odczynniki i sprzęt, od tego samego producenta – zgodnie z pkt. 7 zał. 5?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że potwierdza powyższe.**

Czy ze względu na specyfikę asortymentową oraz cykl produkcyjny wymaganych produktów do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m.in. krwinki wzorcowe), Zamawiający dopuści sukcesywne dostawy odbywające się zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku harmonogramem dostaw na dany rok (o którym mowa w ust. 1 § 4 projektu umowy), a kryterium oceny ofert „Dostawa oferowanych odczynników do siedziby Zamawiającego” będzie dotyczyło dostaw pilnych (na cito) zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 § 2 projektu umowy w terminie do 25 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zał. nr 2 i Zał. nr 5.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie panelu czterokrwinkowego do screeningu przeciwciał (zawierającego wszystkie antygeny wymagane przepisami)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 2 Formularz cenowy.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści modyfikację w kolumnach: „jedn. miary” i „ilość/36 miesięcy” z odpowiednim wyliczeniem wymaganych ilości w oparciu o opakowania handlowe oferowane przez wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 2 Formularz cenowy, poz. 11-13.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów eksploatacyjnych, przewidzianych przez producenta oferowanego analizatora?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 2 Formularz cenowy, poz. 18.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart do BTA o konfiguracji: AHG/IgG/C3d/ctrl?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 2 Formularz cenowy, poz. 18.**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zlecenie badań rozszerzonego BTA w laboratorium zewnętrznym (np. w RCKiK) na koszt Wykonawcy.

**Odpowiedź: Pytanie bezzasadne, ponieważ wyżej udzielona odpowiedź jest pozytywna.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 22.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów nie umożliwia wprowadzenia wyniku badania wykonanego poza aparatem, umożliwia natomiast manualne zaprogramowanie i zlecenie badania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 26.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenia z próbki o minimalnej objętości wynoszącej 250µl?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 29.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie technologiczne, w którym po wymianie igły przez użytkownika (bez konieczności wzywania serwisu), analizator nie wymaga kalibracji i jest gotowy do pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 31.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie technologiczne, w którym wykonywanie zawiesin odbywa się w kuwecie odpowiednio zabezpieczonej przed kontaminacją, a tym samym nie są generowane dodatkowe odpady pochodzące z procesu rozcieńczania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 32.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który otwiera tylko kolumny potrzebne do wykonania oznaczeń, a tym samym nie występują kolumny otwarte, oczekujące na kolejne badania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 36.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do potwierdzenia słabych odmian/ekspresji antygeny D na 100 ozn. (poz. 17 w Formularzu cenowym) w postaci płynnej? Oznaczenie zostanie wykonane automatycznie przy użyciu kart uwzględnionych w ofercie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 32.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kart przeznaczonych do potwierdzenia grup krwi dawców (poz. 7 w Formularzu cenowym) przechowywanych w temperaturze 2-8°C? Wykonawca, w razie potrzeby zapewni lodówkę do przechowywania odczynników.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 47.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości realizowanej przez IHiT Warszawa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 6, 43 oraz Zał. nr 2 Formularz cenowy, poz. 18:**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie BTA na kartach o konfiguracji AHG/IgG/C3d/Ctl/AHG/IgG/C3d/Ctl, przechowywanych w temperaturze 2 – 8 st.C? Wykonawca, w razie potrzeby zapewni lodówkę do przechowywania odczynników.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy Zał. nr 5 Formularz parametrów wymaganych, poz. 7, 47 oraz Zał. nr 2 Formularz cenowy, poz. 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt 13, Zamawiający dopuszcza Zewnątrzlaboratoryjną międzynarodową kontrolę jakości potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem 4 x w roku od innego producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie kontroli jakości od innego producenta analizatora.**

.....  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Olsztynie  
Irena Kierzkowska