

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 30 tys euro **na wyposażenie oddziałów szpitalnych w drobny sprzęt medyczny.**

Niniejszym Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na **część 9** wieszaki do kroplówek ze statywem wykonanym z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego).

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wieszaków do kroplówek i pomp infuzyjnych ze statywem wykonanym z rur stalowych chromowanych, przy zachowaniu pozostałych wymogów wynikających z treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy stojaków i parawanów medycznych bez ich montażu (w projekcie umowy nie jest to jednoznacznie napisane), co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie). Są one bardzo łatwe do zmontowania i nie wymagają od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji. Cała operacja nie zajmuje więcej niż 5 minut na jeden stojak lub parawan, a opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie oczekuje, ale dopuszcza możliwość dostawy stojaków i parawanów medycznych oraz innego prostego sprzętu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej bez ich montażu

Część nr 1 (wózek medyczny 3-półkowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach jak poniżej?

Wózek ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek z blatem prostym i dwoma półkami

prostymi montowanymi na stałe. Wyrób wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 750x650 mm. Wymiary zewnętrzne: 865x720x880 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o parametrach podanych powyżej.

Część nr 2 (stolik zabiegowy). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach jak poniżej?

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w dwie miski o poj. 3 na odpadki na stelażu obrotowym. Wymiary blatu: 650x400 mm. Wymiary zewnętrzne: 765x470x880 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stolika o parametrach podanych powyżej.

Część nr 8 (taboret chirurgiczny). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o parametrach jak poniżej?

Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Średnica podstawy: 480 mm, zakres regulacji wysokości: 490/630 mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu o parametrach wyszczególnionych w zapytaniu, pod warunkiem, że jego siedzisko będzie tapicerowane gąbką i materiałem wykonanym ze skóry ekologicznej.

Część nr 9 (Wieszak do kroplówek i pomp infuzyjnych). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka o parametrach jak poniżej?

Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z

płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Średnica podstawy: 560 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe, jednocześnie przypominając, że oczekuje stojaka na kroplówki i pompy infuzyjne.

Część nr 10 (regal-stojak na baseny). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o parametrach jak poniżej?

Regał na baseny i kaczki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x400x1800 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania stojaka – regału o parametrach podanych powyżej.

Część nr 10 (regal-stojak na baseny). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o parametrach jak poniżej?

Regał na baseny i kaczki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1000x400x1800 mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy części nr 1, 2, 8-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 45 dni od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców spowodowane zbliżającym się końcem roku. Dodatkowym argumentem jest spiętrzenie zamówień w ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.

Odpowiedź: Pytanie bezzasadne. Zamawiający w dniu 13-12-2018 zmodyfikował treść

**Zaproszenia do złożenia oferty cenowej podając szczegółowy harmonogram dostaw
zaoferowanego sprzętu medycznego.**

.....

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie