

Olsztyn, dnia 22-10-2019

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na sprzęt jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno – interwencyjnych - powtórka**, (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2019/S 200-485473 z dnia 16-10-2019*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 3**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 3 załącznika nr 2 do siwz dużych koszulek wprowadzających o następujących parametrach: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr. 20F, długość 25cm dla śr. 22F i 24F oraz rozszerzacz naczyniowy o długości 41cm (koszula o dł. 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do przewodnika 0,035". Dostępne hydrofilne rozszerzacze o długości 45cm i śr. 14-26F.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe.**

Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie  
Irena Kierzkowska