

Olsztyn, dnia 01-04-2020

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologicznych** ( *Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie 526401-N-2020 z dnia 24-03-2020*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**Pytanie do części nr 2 poz. 4**

**Prosimy o dopuszczenie: rurka aspiracyjna o świetle wewnętrznym 0,110” i długości 112”. Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Dyrektor*  
*Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego*  
*w Olsztynie*  
*Irena Kierzkowska*