

Olsztyn, dnia 07-07-2020

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę obłożeń chirurgicznych** ( *Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie 556883-N-2020 z dnia 01-07-2020*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Część 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 117x148cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Część 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMS o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Część nr 2 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. Rozmiary: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 130cm), XLL (długość 150cm), 2XLL (długość 160cm). Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 105/125kPa.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że fartuchy te były użytkowane bez najmniejszych zastrzeżeń w Państwa placówce.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 2 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Rozmiary: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 140cm), XXL (długość 150cm), 2XLL (długość 160cm). Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro wzdłużnie min. 130N, poprzecznie min. 55N. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Pragniemy podkreślić, że fartuchy te były użytkowane bez najmniejszych zastrzeżeń w Państwa placówce.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 2, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 2, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje miejsca, w którym ma być oznaczony rozmiar fartucha.**

#### **Część nr 2, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o wytrzymałości na wypychanie sucho / mokro 140/130 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 2, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego wzmocnienie na

przodzie (nie do dolnej krawędzi) oraz na  $\frac{3}{4}$  części rękawa.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 2, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, a poza obszarem krytycznym min 35 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 2, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o wytrzymałości na wypychanie sucha / mokro 150/140 kPa.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 2, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o wytrzymałości na rozciąganie sucho/mokro 105/100N.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 2, pozycja 1 i 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z dwoma etykietami typu TAG z informacjami w języku polskim, etykiety zawierają m.in. nr katalogowy, serię, datę ważności oznaczenie importera.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 2 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. Rozmiary: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 130cm), XXL (długość 150cm), 2XXL (długość 160cm). Wytrzymałość na wypychanie na sucha/mokro min. 105/125kPa. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie

**oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 2 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. Gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Rozmiary: S/M (długość 115cm), L (długość 120cm), XL (długość 140cm), XXL (długość 150cm), 2XLL (długość 160cm). Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro wzdłużnie min. 130N, poprzecznie min. 55N. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 2, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartuchów chirurgicznych o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 160/142 kPa. Rozmiar oznaczony naklejką na fartuchu widoczną przed rozłożeniem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 2, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> poza obszarem krytycznym, wzmocnionych na rękawach i z przodu ( koniec przedniego wzmocnienia przed końcem dolnej krawędzi ) odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym 123 cm H<sub>2</sub>O z przodu fartucha, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na rękawie na sucho/mokro 155/144 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho na rękawie: 70N w obszarze krytycznym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wstawką z nieprzemakalnego laminatu kończąca się na wysokości od 25-32cm (w zależności od rozmiaru) od dolnej krawędzi fartucha?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, poza obszarem krytycznym oraz 75g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66cm H<sub>2</sub>O w obszarze krytycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 90N?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 65cm H<sub>2</sub>O w obszarze krytycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro min 98,6N?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> z oznaczeniem rozmiaru i rodzaju fartucha w postaci nadruku, umieszczone w dobrze widocznej części fartucha. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 2 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym oraz gramaturze 35g/m<sup>2</sup> poza obszarem krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 90N. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha w postaci nadruku, umieszczone w dobrze widocznej części fartucha.. Posiadający wzmocnienie o wymiarach:

- L – 50cm x 80cm
- XL – 50cm x 90cm
- XXL – 50cm x 95cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety do artroskopii kolana w rozmiarze 225 x 320 cm, z otworem o średnicy 6 cm i 7 cm i zintegrowanym workiem na płyny o rozm. 68 +/- 1cm x 95 +/-1cm, z jednym odpływem? Gramatura laminatu: 57,5 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na przenikanie cieczy 129 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z pierwszym opisem w Część nr 3, poz. 1 SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony w rozmiarze 33 x 110 cm. Wytrzymałość na przenikanie cieczy 129 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety okulistycznej uniwersalnej do zastosowania dla obu oczu w rozmiarze 150 cm x 150 cm, z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie, wypełnionym folią operacyjną, z jedną zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem ( kształtką ) ? Serweta wykonana z miękkiej, oddychającej, hydrofobowej ( odpychającej płyny ) włókniny typu spunlace, gramatura włókniny 68 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 23 cm H<sub>2</sub>O. Pakowana pojedynczo. ~~Zestaw~~ Opakowanie jednostkowe serwety posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji kończyny o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę operacyjną na kończyne w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o składzie:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana składającego się z:

- a) serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 x 190 cm – 1 szt.
- b) serweta do artroskopii kolana 220 cm x 320 cm samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm i ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów – 1 szt.



Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cmH<sub>2</sub>O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej osłony operacyjnej na kończynę: - wykonana z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu dwuwarstwowego (do zabiegu artroskopii kolana), gramatura min. 57,5 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalność min. 200 cmH<sub>2</sub>O

- wyposażona w dodatkową min. jedną taśmę lepną rozm. 10x50 cm do zamocowania osłony na kończynie

- rozm. 30 cm x 100 cm

- zgodna z normą EN 13795 1-3

- pakowana pojedynczo

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety okulistycznej:

- serweta okulistyczna z dwoma kieszeniami foliowymi do przechwytywania płynów o rozmiarach 22x24 cm, otwór 10x10 cm wypełniony folią chirurgiczną, na wysokości nosa pacjenta wbudowana elastyczna kształtka umożliwiająca dopasowanie serwety do kształtu twarzy pacjenta.

- rozmiar 140x150 cm, otwór umieszczony na 1/3 wysokości serwety

- wykonana z włókniny SSMMS o gramaturze min. 43 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 40 cm H<sub>2</sub>O. Zgodna z normą EN 13795 1-3. Pakowana pojedynczo, dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane producenta, kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Na opakowaniu 4 rezykujonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 5 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięć cesarskich składającego się z:

a) serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 300x250/175cm, w centralnej części obszar cięcia 23x37 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem o wymiarach 16x17,5 cm. Obszar cięcia okala worek do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem do łatwego formowania o wym. 75x95cm z 2 zaworami i 4 uchwytnymi na przewody - 1 szt.

b) serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120cm – 1 szt.

c) taśma samoprzylepna 10x50 cm - 1 szt.

d) ręczniki do rąk 25x19 cm - 4 szt.

e) osłona na stół Mayo o wym. 80 x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 156 cm H<sub>2</sub>O – 1 szt.

f) serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy min. 270 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość sucho/mokro 134/125 kPa – 1 szt.

Serwety wykonane z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy >230 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na rozzerwanie na min. 120 kPa. Na opakowaniu 2 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z jedną papierową wstawką z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia z jednej strony. Sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5, pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety pod poślądki o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, o nieprzemakalności 129 cm H<sub>2</sub>O. Serweta posiada zakładkę o szerokości min. 18 cm ułatwiającą jałową aplikację a nie posiada pasków do fiksacji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnej części w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5 poz.1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego z torbą na płyny o następującym składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270° min. 65x110 cm z kształtką do formowania

oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m<sup>2</sup>), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log<sub>10</sub>),o odporności na penetracje płynów > 200cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5 poz.1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego z torbą na płyny o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Sterylna serweta pod pośladki o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbę na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania serwety pod pośladki o wymiarach 100 x 109 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 230 cm H<sub>2</sub>O, zintegrowana z nieprzepuszczalnym, przezroczystym zbiornikiem na płyny 60 x 67 cm, ze sztywnikiem i zaworem odprowadzającym płyny

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej -

63 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 5 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności 197 cmH<sub>2</sub>O.

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm spunlace 50g/m

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w poz. 1 zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

1. Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów – 1szt.
2. Owinięcie noworodka 90x120cm – 1szt.
3. Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt.
4. Ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt.
5. Osłona na stół Mayo 79x145cm, obszar chłonne 65x85cm – 1szt.
6. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt.

Serweta w poz. 1 wykonana z paroprzepuszczalna, oddychająca laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60,5 g/m<sup>2</sup>.

Osłona na stół Mayo wykonana z folii PE 60 mikronów, wzmocnienie 27g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura min. 83 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 150cm H<sub>2</sub>O

Osłona na stół narzędziowy wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 55 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura min. 74,5g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy powyżej. 140cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie sucho 104kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**



### **Część nr 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w poz. 2 jałową serwetę pod pośladki ze zbiornikiem na płyny, wykonaną z folii PE 80 mikronów ze wzmocnieniem: folia PE 40 mikronów oraz włóknina 50g/m<sup>2</sup>/ Łączna gramatura serwety 162g/m<sup>2</sup>. Wymiary 85x120cm, wymiary wzmocnienia 50x35cm. Wymiary worka 78x80cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 8 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 z Części 8 i utworzenie odrębnej części, co umożliwi Wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej w sposób określony w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

### **Część nr 8 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy poniższego pokrowca:

Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m<sup>2</sup>), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable wykonaną z foli polietylenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 8, pozycja 1-2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby osłony wykonane z foli były zgodne z normą EN 13795 1-3, gdyż norma ta dotyczy wyrobów wykonanych z włókniny.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 10 x 22,5 cm, powierzchnia lepna 10 x 14 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 15 x 36,5 cm, powierzchnia lepna 15 x 28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 28 x 38,5 cm, powierzchnia lepna 30 x 28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 45 x 63,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 55 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 45 x 83,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 75 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 28 x 53,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 28cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 14x25cm o powierzchni lepnej 14x21cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 30x28cm o powierzchni lepnej 30x22cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną w rozmiarze całkowitym 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9, pozycji nr 2, uniwersalną folię operacyjną o rozmiarze całkowitym : 60 cm x 35 cm, oraz rozmiarze warstwy lepnej 35 cm x 35cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 10 poz.1**

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 i utworzenie odrębnego pakietu oraz dopuszczenie używanego obecnie fartucha do pracy z cytostatykami o poniższych parametrach:

Sterylny Fartuch pełnobarierowy (min.200 mmH<sub>2</sub>O) i oddychający (min. 3800 g/m<sup>2</sup>/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m<sup>2</sup>. Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 12 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie osłony o średnicy po maksymalnym rozciągnięciu gumki 80cm lub 100cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę rozmiar w stanie rozciągniętym 65x85cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 35x45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę rozmiar w stanie rozciągniętym 85x85cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 50x50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 12, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony o wymiarach: 80 cm x 90 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 12, pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony o średnicy po naciągnięciu 90 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 14, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści wyłącznie półmaskę filtrującą typu FFP2, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie precyzuje typu półmaski filtrującej. Zaoferowana maska ma spełniać wszelkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w kolorze granatowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Część nr 16 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu:

Niesterylny fartuch izolacyjny w kolorze niebieskim, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wiązany w pasie i przy szyi, rękawy zakończone nieuciskającą elastyczną gumką. Fartuch dostępny w rozmiarach L i XL. Fartuchy znakowane podwójnie jako środek ochrony osobistej kategorii I i wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, jeżeli jeden z zaoferowanych rozmiarów odpowiada wymiarom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

#### **Część nr 16 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu:

Niesterylny fartuch izolacyjny w kolorze żółtym, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wiązany w pasie i z przylepcem na szyi z rękawami zakończonymi nieuciskającymi elastycznymi gumkami. Fartuch dostępny w rozmiarach L i XL, obwód na dole fartucha dla rozmiaru

L- min. 142 cm i dla rozmiaru XL- min. 152 cm. Fartuchy znakowane podwójnie jako środek ochrony osobistej kategorii I i wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, jeżeli jeden z zaoferowanych rozmiarów odpowiada wymiarom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 16 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu:

Niesterylny fartuch izolacyjny w kolorze żółtym, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wiązany w pasie i przy szyi na troki z dzianinowymi miękkimi mankietami na końcach rękawów. Fartuch dostępny w rozmiarach L i XL, obwód na dole fartucha dla rozmiaru L- min. 142 cm i dla rozmiaru XL- min. 152 cm. Fartuchy znakowane podwójnie jako środek ochrony osobistej kategorii I i wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, jeżeli jeden z zaoferowanych rozmiarów odpowiada wymiarom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 16 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha izolacyjnego, niesterylnego, wykonanego z włókniny SPP o gramaturze min. 18 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 16, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha z włókniny polipropylenowej o gramaturze: 20 g/ m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **dotyczy Zapisów SIWZ**

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-

2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobrze-zagrozenia-epidemicznego>).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej w sposób zgodny z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....  
*podpis osoby uprawnionej*