

Olsztyn, dnia 06-08-2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę rękawic chirurgicznych - powtórka** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie 568843-N-2020 z dnia 31-07-2020*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, nitylowe, elastyczne, wytrzymałe, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm EN 455-1-2-3-4, ASTM F 1671, rozmiar S, M, L, opakowanie 100 sztuk. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie rękawic, o których mowa powyżej, ale tylko w sytuacji, kiedy norma ASTM F 1671 jest równoważna normie EN 374 – 1,2,3, lub innym dopuszczonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe, ponadto informuje, że „siła wyższa” opisana jest w paragrafie 10 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Poz 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 79\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje wymogu dotyczącego poziomu protein.

.....
podpis osoby uprawnionej