

Olsztyn, dnia 20-08-2018

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników
postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – powtórka 2** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 603009-N-2018 z dnia 10-08-2018*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi w pakiecie nr 3 zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zwracamy uwagę, że sam Zamawiający w formularzu cenowym wymaga podania ceny za sztukę szkiełek.

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycjach, w których wymaga podania ceny jednostkowej za 1 sztukę produktu dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający, w związku ze specyfiką prowadzonej działalności nie przewiduje możliwości przekazywania opiekunowi handlowemu orientacyjnego w okresie

kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień. Zamówienia składane będą sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Szczegóły i sposób składania i realizacji zamówień opisany jest w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oszacował przedmiot zamówienia z należytą starannością i oszacowane ilości zamierza wykorzystać w okresie trwania umowy. Prawidłowa kalkulacja cenowa powinna obejmować ilości zawarte w Formularzu cenowym i na takie też ilości powinna być złożona oferta przetargowa.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z

DZPZ/333/36PN/2018

Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawę do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy Część nr 3, 4:

Prosimy potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych borosilikatowych, typu Menzel, bez zielonego zabarwienia, o składzie: dwutlenek krzemu (SiO₂) – 64,1%, tlenek boru (B₂O₃) – 8,4%, tlenek glinu (Al₂O₃) – 4,2%, tlenek sodu (Na₂O) – 6,4%, tlenek potasu (K₂O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO₂) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb₂O₃) – 0,1%. ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek nakrywkowych borosilikatowych, typu Menzel, bez zielonego zabarwienia, o składzie:

DZPZ/333/36PN/2018

dwutlenek krzemu (SiO₂) – 64,1%, tlenek boru (B₂O₃) – 8,4%, tlenek glinu (Al₂O₃) – 4,2%, tlenek sodu (Na₂O) – 6,4%, tlenek potasu (K₂O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO₂) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb₂O₃) – 0,1%, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy Część nr 3, 4:

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych o klasie grubości 1,5 (0,16 – 0,19 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje grubości szkiełek nakrywkowych, podając jedynie ich wielkość oraz wymóg kompatybilności z aparatem Leica do nakładania automatycznego. Zaoferowane szkiełka oraz przysłane próbki muszą posiadać odpowiedni rozmiar i być kompatybilne z aparatem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Dotyczy Część nr 3, 4:

Czy Zamawiający wymaga szkiełek w plastikowych opakowaniach bez zawiasu, nie pakowanych dodatkowo hermetycznie w folię aluminiową oraz bez gąbek i pochłaniaczy wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie określa sposobu pakowania szkiełek i nie wprowadza powyższego wymogu, jednak dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek w plastikowych opakowaniach bez zawiasu, nie pakowanych dodatkowo hermetycznie w folię aluminiową oraz bez gąbek i pochłaniaczy wilgoci.

Dotyczy Część nr 5:

Prosimy potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych borosilikatowych, typu Menzel, bez zielonego zabarwienia, o składzie: dwutlenek krzemu (SiO₂) – 64,1%, tlenek boru (B₂O₃) – 8,4%, tlenek glinu (Al₂O₃) – 4,2%, tlenek sodu (Na₂O) – 6,4%, tlenek potasu (K₂O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO₂) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb₂O₃) – 0,1%. ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek nakrywkowych borosilikatowych, typu Menzel, bez zielonego zabarwienia, o składzie: dwutlenek krzemu (SiO₂) – 64,1%, tlenek boru (B₂O₃) – 8,4%, tlenek glinu (Al₂O₃) – 4,2%, tlenek sodu (Na₂O) – 6,4%, tlenek potasu (K₂O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO₂) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb₂O₃) – 0,1%, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy Część nr 5:

DZPZ/333/36PN/2018

Czy Zamawiający wymaga szkiełek w plastikowych opakowaniach bez zawiasu, nie pakowanych dodatkowo hermetycznie w folię aluminiową oraz bez gąbek i pochłaniaczy wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie określał sposobu pakowania szkiełek i nie wprowadza powyższego wymogu, jednak dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek w plastikowych opakowaniach bez zawiasu, nie pakowanych dodatkowo hermetycznie w folię aluminiową oraz bez gąbek i pochłaniaczy wilgoci.

część nr 3 i nr 4 Prosimy o informację, jakiej grubości: 0,13-0,17 mm czy 0,16-0,19 mm (obydwie grubości spełniają normę „wymiarową” ISO 8255/1) dla szkiełek nakrywkowych 24x50 mm i 24x60 mm kompatybilnych z aparatem Leica do nakładania automatycznego, wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzuje grubości szkiełek nakrywkowych, podając jedynie ich wielkość oraz wymóg kompatybilności z aparatem Leica do nakładania automatycznego. Zaoferowane szkiełka oraz przysłane próbki muszą posiadać odpowiedni rozmiar i być kompatybilne z aparatem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

część nr 1 poz.8: Czy zamawiający dopuści papierki wskaźnikowe o zakresie pH 5,2-7,2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania papierków wskaźnikowych o zakresie PH 5,2-7,2, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.....

podpis osoby uprawnionej