

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny*

*ul. Żołnierska 18*

*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości*

*uczestników postępowania*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. II**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 30 tys euro **na dializatory z błoną biozgodną – powtórka.**

**Niniejszym Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma, o powierzchniach: 1,1; 1,3; 1,5 i 1,7m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania dializatorów z błoną polinefronową, sterylizowanych promieniami Gamma, o powierzchniach: 1,1; 1,3; 1,5 i 1,7m<sup>2</sup>, przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

.....

podpis osoby uprawnionej



