

DZPZ/333/5UEPN/2018
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Olsztyn, dnia 19-03-2018

do wiadomości uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

sprostowanie do odpowiedzi z dnia 05-03-2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do elektroterapii serca** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2017/S 018-036546 z dnia 26 -01-2018*).

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, że w Pytaniach i odpowiedziach z dnia 05-03-2018 doszło do omyłki w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące części nr 2.

Prawidłową odpowiedź na pytania dotyczące części nr 2 Zamawiający zamieszcza poniżej:

Część nr 2

Poz.11. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z AV delay od 20 ms? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe , przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poz. 7. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe , przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część nr 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwujamowego kardiowertera defibrylatora z ilością szoków powyżej 7 w każdej ze stref ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dwujamowego kardiowertera defibrylatora z ilością szoków w jednej interwencji >7, jednakże dopuszcza możliwość zaoferowania dwujamowego kardiowertera defibrylatora z ilością szoków powyżej 7 w każdej ze stref , przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
podpis osoby uprawnionej