

Olsztyn, dnia 22-09-2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę rękawic chirurgicznych - powtórka** (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie 586383-N-2020 z dnia 17-09-2020*).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, bezpydrowe, elastyczne, wytrzymałe, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671, rozmiar S, M, L, opakowanie max. 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic z wewnętrzną warstwą nawilżającą z otworem zabezpieczonym folią, co pozwala na pojedyncze wyciąganie rękawic z opakowania i zapobiega kontaminacji patogenów do środka oraz pasujące do oferowanych w zestawie uchwytów naściennych do podawania rękawic z konstrukcją wyciągania rękawic z boku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu wymogu wyciągania rękawic zawsze za mankiet, oraz przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie nastąpiła omyłka pisarska i prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Termin wykonania zamówienia obowiązuje taki, jaki jest wskazany w Formularzu ofertowym Wykonawcy oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.

Dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o informację czy próbki są wymagane do oferty czy na wezwanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że próbki winny być dostarczone zgodnie z zapisem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wezwanie. Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie poszczególnych pozycji w części.

.....
podpis osoby uprawnionej