

Olsztyn, dnia 15-01-2021

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie*  
*ul. Żołnierska 18*  
*10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę obłożeń operacyjnych** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 250-623754 z dnia 23-12-2020*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Część nr 2**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści koszulę wiążaną na troki przy szyi oraz pasie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze ciemno niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści koszule o długości 114cm i szerokości 71cm (obwód 142cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Część nr 3**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch oznaczony tylko literowo: M, L, XL i XXL?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na wypychanie na sucho/mokro 155,4/154,8kpa?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym i 35g/m<sup>2</sup> poza obszarem krytycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z przodu kończącym się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie precyzował wytrzymałości na rozciąganie na mokro. Wymóg Zamawiającego dotyczył wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro i powinna ona wynosić min. 196/160kPa.**

poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1, 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha posiadającego dwie etykiety przylepne, na których w zamian nazwy producenta jest nazwa importera.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o wytrzymałości na wypychanie sucho / mokro 140/130 kPa

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, a poza obszarem krytycznym min 35 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

DZPZ/333/31UEPN/2020

poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania fartucha o wytrzymałości na wypychanie sucho / mokro: 150/140 kPa oraz wytrzymałości na rozciąganie na sucho / mokro: 105/100N

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania fartucha posiadającego wzmocnienie z przodu o długości 100cm +/- 3cm,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMMS Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety poliestrowe. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość: M, L, XL, XXL. Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Gramatura 35g/m<sup>2</sup>, odporność na nieprzemakalność 40 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 200/200 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - jednorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny SMMMS, sterylny, w strefie krytycznej od zewnątrz wzmocniony wstawkami z nieprzemakalnego laminatu (50x80cm, 50x90cm, 50x95cm), rękawy zakończone poliestrowym mankietem. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Włóknina o gramaturze 85g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, poza obszarem krytycznym 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym 100 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho/mokro 200/200kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro 90N. Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr

DZPZ/333/31UEPN/2020

katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Rozmiary L,XL,XXL, Zgodny z normą PN EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS (SSMMS) o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny z 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane: nr katalogowy (REF), LOT, datę ważności, a dane producenta umieszczone są na opakowaniu jednostkowym fartucha?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, w którym wytrzymałość na wypychanie na sucho wynosi 175 KPa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS (SSMMS) o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>, w którym wzmocnienie z przodu, z nieprzemakalnego laminatu ma długość odpowiednio dla rozmiarów L – 80 cm, XL – 80 cm, XXL - 90 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

DZPZ/333/31UEPN/2020

poz. 2 Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w obszarze mniej krytycznym. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia od wewnętrznego części fartucha znajdują się w obszarze przednim i na rękawach. Wzmocnienie z przodu fartucha znajduje się minimum 5 cm od dolnej krawędzi fartucha. Rozmiar fartucha L, XL, XXL. Gramatura włókniny w obszarze krytycznym: w części przedniej fartucha 77 g/m<sup>2</sup>, na rękawach 75,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym z przodu fartucha: 123 cm H<sub>2</sub>O, na rękawie 194 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho mokro na przodzie fartucha: 259/234 kPa, na rękawie: 155/144 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro minimum 70 N dla obszarów krytycznych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety, wykonane z poliestru. Rozmiar XXL zawiera 2 sztuki ręczniczków chłonnych. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach:

- Fartuch chirurgiczny sterylność, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.
- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankieta
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

poz. 2 Czy zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach:

- Fartuch chirurgiczny sterylność, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części

D Z P Z / 3 3 3 / 3 1 U E P N / 2 0 2 0  
przedniej i na rękawach

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obecnie używanych fartuchów:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 35 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obecnie używanych fartuchów:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. (78 gsm łącznie w miejscu wzmocnienia). Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w

DZPZ/333/31UEPN/2020

obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 4**

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
  - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
  - 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**



DZPZ/333/31UEPN/2020

pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm (umieszczonym na wysokości 1/3 serwety) w wypełnionym folią operacyjną o paroprzepuszczalności 850g/m<sup>2</sup>/24h, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania serwety wykonanej z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażonej we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowanej z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie cieczy 110cm H<sub>2</sub>O. Ponadto wszystkie pozostałe parametry winny być zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 4 poz. 1 -

Serweta do artroskopii kolana:

- sterylna wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu; gramatura 49-54 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O (..).

Pozostałe wymagania w granicach określonych przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowane wyżej parametry, pozostałe jednak muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 4 poz. 3

Sterylna serweta okulistyczna wykonana z oddychającej min. trójwarstwowej włókniny paroprzepuszczalnej, gramatura włókniny min. 45 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O (zamiast gramatura min. 51 g/m<sup>2</sup>, przemakalność min. 50 cmH<sub>2</sub>O).

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowane wyżej parametry, pozostałe jednak muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie płynów min 200cm H<sub>2</sub>O, zgodnych z normą EN 13795 1-3, posiadających dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane importera, kod kreskowy, o poniższym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę  $\varnothing 7$  i  $\varnothing 5$  cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony o poniższym opisie:

Osłona na kończynę wykonana z mocnego nieprzepuszczalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 63 g/m<sup>2</sup>, zgodna z normą EN 13795 1-3, pakowana pojedynczo, w rozmiarze 35 x 80cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaferowanie powyższych parametrów, pozostałe jednak muszą być zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety okulistycznej o opisie:

- serweta okulistyczna z włókniny (100x100cm) z centralnie umieszczonym przylepnym otworem 10x10cm wypełnionym folią chirurgiczną
- wyposażona w zbiornik na płyny 23x30cm
- posiada trzy kształtowniki do dopasowania serwety do twarzy i utrzymania właściwej pozycji zbiornika
- serweta dwuwarstwowa o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>
- odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O.
- Zgodna z normą EN 13795 1-3.
- Pakowana pojedynczo,

DZPZ/333/31UEPN/2020

- dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane importera, kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety do artroskopii kolana. Gramatura laminatu 57,5 g/m<sup>2</sup>. odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H<sub>2</sub>O,

- wyposażona w otwór na kończynę,
- z samouszczelniającym wykończeniem przylegającym szczelnie powyżej kolana;
- serweta posiadająca zbiornik na płyny
- rozmiar całkowity: 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym elastycznym mankietem z otworem 6 i 7 cm, zintegrowany worek do zbiórki płynów z odpływem oraz dwa zintegrowane dwuotworowe organizatory przewodów oraz uchwytem typu rzep
- zgodna z normą EN 13795 1-3, Dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane producenta, kod kreskowy. Dopuszcza się serwety do artroskopii kolana:
- sterylna wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu; gramatura min. 55 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H<sub>2</sub>O,
- wyposażona w otwór na kończynę, - samouszczelniającym wykończeniem przylegającym szczelnie powyżej kolana; - serweta posiadająca zbiornik na płyny
- rozmiar całkowity: 220 cm x 320 cm z samouszczelniającym elastycznym mankietem z otworem 6x8 cm, zintegrowany worek do zbiórki płynów w kształcie stożka o podstawie 107 cm z jednym odpływem oraz dwa zintegrowane trzyotworowe organizatory przewodów
- zgodna z normą EN 13795 1-3, Dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej osłony operacyjnej na kończynę w rozmiarze: 33 x 55 cm, o nieprzemakalności min. 129 cmH<sub>2</sub>O. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

D Z P Z / 3 3 3 / 3 1 U E P N / 2 0 2 0

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej osłony operacyjnej na kończynę w rozmiarze: 33 x 110 cm, o nieprzemakalności min. 129 cmH<sub>2</sub>O. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylnej serwety okulistycznej z jedną zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze: 19 cm. x 30 cm. otwór 7x10 cm wypełniony folią chirurgiczną,

- rozmiar 150x150 cm, otwór umieszczony centralnie
- wykonana z pojedynczej warstwy miękkiej hydrofobowej włókniny o gramaturze min. 68 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 23 cm H<sub>2</sub>O. Zgodna z normą EN 13795 1-3. Pakowana pojedynczo, dwie etykiety samoprzylepne do wklejenia w dokumentacji zawierające: nr katalogowy, lot, datę ważności, dane producenta

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie do osobnej pozycji w celu umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnej cenowo oferty

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**


poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony operacyjnej na kończynę wykonanej z mocnego, elastycznego nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, rozmiar 22x75cm, wyposażona w 2 dodatkowe taśmy lepne 9x50cm, pakowana pojedynczo

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony operacyjnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, rozmiar 36x65cm, wyposażona w dodatkową taśmę lepną 10x50cm, pakowana pojedynczo

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?



DZPZ/333/31UEPN/2020

1 opatrunek foliowy poliuretanowy 10 x 12 cm z ramką aplikacyjną

1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm z 2 kieszeniami na płyny 22 x 30 cm, z otworem owalnym 5 x 7 cm otoczonym 3 kształtkami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, Zgodna z normą EN 13795, Zestaw w opakowaniu Tyvec-folia zawierającym 4 etykiety samoprzylepne do wklejania do dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 5**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 5 poz. 1 Sterylny zestaw do zabiegu wszczepiania stymulatorów/kardiowerterów serca w skład którego wchodzi:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm, (owinięcie zestawu) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O,
- 1 x serweta zabiegowa 200x300cm, wykonana z włókniny typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45 gr/m<sup>2</sup>, (zamiast o gramaturze min. 51 gr/m<sup>2</sup>), serweta posiada dwa otwory o wymiarach 9x12 cm zabezpieczone folią chirurgiczną. Wokół otworów warstwa wysokochłonna o wymiarach 80x100 cm +/-5%, warstwa foliowa stanowi spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 950 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w strefie krytycznej min. 160/120 kPa,
- 1 x osłona na aparat, ściągnięta bezlateksową gumką, średnica po maksymalnym rozciągnięciu gumki 51 cm
- 1 x osłona na aparat średnica 65x85 cm, ściągnięta bezlateksową gumką
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozm. XL, wykonany z włókniny typu SMS z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu z wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia, włóknina o gramaturze  $\geq 73\text{g/m}^2$  w obszarze krytycznym i poza obszarem krytycznym 45g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym  $\geq 144\text{ cm H}_2\text{O}$ .
- 4 x ręcznik chłonny min. 30x30cm.?

Pozostałe wymagania w granicach określonych przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 5 poz. 2 Sterylny zestaw do zabiegu angiografii udowej o następującym składzie:

DZPZ/333/31UEPN/2020

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm /owinięcie zestawu/, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. min. 59 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalność min. 200 cm H<sub>2</sub>O

( zamiast gramatury 61 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalność min. 950 cm H<sub>2</sub>O ),

- 1 x serweta angiograficzna 215-220x300cm wykonana z włókniny SMS/SMMS o gramaturze min 45 gr/m<sup>2</sup> ( zamiast o gramaturze min. 51gr/m<sup>2</sup> ), z przezroczystą foliową wstawką 75-80x300 cm po prawej stronie umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, serweta posiada dwa otwory o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną, stanowiącą dojsście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu trójwarstwowego, warstwa foliowa stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze min. 105gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 950 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 160kPa, o wymiarach 75-80x95-100 cm.

- 1 x osłona na aparat wykonana z folii w kształcie koła, ściągnięta bezlateksową gumką średnica po maksymalnym rozciągnięciu gumki 85 cm,

- 1 x osłona na aparat wykonana z folii w kształcie koła, ściągnięta bezlateksową gumką średnica po maksymalnym rozciągnięciu gumki 51 cm,

- 2 x fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny typu SMS, gramatura min. 45gr/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 190/110 kPa

- 4 x ręcznik chłonny min. 30x30cm.?

Pozostałe wymagania w granicach tolerancji wymaganych przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 5 poz. 3 Mały zestaw do angiografii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 75x100cm, (owinięcie zestawu) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 260 cm H<sub>2</sub>O ( zamiast min. 54 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 250 cm H<sub>2</sub>O ),

-1 x serweta angiograficzna 120x150 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 200 cm H<sub>2</sub>O ( zamiast min. 61 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 950 cm H<sub>2</sub>O ), z centralnie umieszczonym otworem o średnicy 10 cm otoczonym taśmą lepną, zgodny z normą EN 13795 1-3.

Pozostałe wymagania w granicach określonych przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dot. Część 5 poz. 4 Zestaw do zabiegów inwazyjnych RTG w angiografii o następującym składzie:

DZPZ/333/31UEPN/2020

- 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm /owinięcie zestawu/ wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 gr/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min 200 cmH<sub>2</sub>O,

-1 x serweta zabiegowa 230x400 cm wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 gr/m<sup>2</sup> (zamiast gramatury min. 51 gr/m<sup>2</sup>) z wycięciem na szyję w kształcie litery U 20x105 cm z prawej strony dłuższego boku serwety, z przezroczystą foliową wstawką 70x400 cm po lewej stronie umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego, serweta posiada dwa otwory o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną, stanowiącą dojsście do pachwin. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu trójwarstwowego gdzie folia stanowi spodnią warstwę laminatu o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 950 cm H<sub>2</sub>O o wymiarach 97,5x110 cm

-1 x osłona na aparat wykonana z folii w kształcie koła, ściągnięta bezlateksową gumką średnica po maksymalnym rozciągnięciu gumki 85 cm,

- 1 x osłona na aparat wykonana z folii w kształcie koła , ściągnięta bezlateksową gumką średnica po maksymalnym rozciągnięciu gumki 51 cm

- 4 x ręcznik chłonny min. 30x30 cm,

- 1 x miska na prowadnik, pojemność 2500 ml, od zewnątrz znajdują się uchwyty nie pozwalające na wysunięcie prowadnika z miski.

- 2 x fartuch chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny typu SMS, gramatura min. 45gr/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 190/110 kPa.

Zestaw zapakowany w opakowanie papier-folia, min. 2 etykiety identyfikacyjne do wklejania do dokumentacji medycznej zawierające: nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy.

Pozostałe wymagania w granicach określonych przez Zamawiającego.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 6**

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej (wiskozowo-poliestrowej) w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serweta na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości sucho/mokro 108/95 kpa?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270° min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m<sup>2</sup>), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log<sub>10</sub>), o odporności na penetrację płynów > 200cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa).

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety do porodu wykonanej z niebieskiego PE, rozmiar serwety 89x 117 cm ze wzmocnieniem chłonnym 41 x 41 cm, z torbą do zbiórki płynów 69x



DZPZ/333/31UEPN/2020

75 cm z filtrem i portem do odsysania oraz kształtką w worku, serweta z częścią osłaniającą fotel, o gramaturze min. 58 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 178 cm H<sub>2</sub>O.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania jałowej serwety pod pośladki ze zbiornikiem na płyny, o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 129 cm H<sub>2</sub>O zintegrowany z foliowym zbiornikiem na płyny o pojemności 3500 ml. ze skalą, ze sztywnikiem, z zakładką ułatwiającą prawidłową aplikację, bez pasków do fiksacji. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm


4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa



**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety pod pośladki do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, wykonanej z ekowłókniny na bazie roślinnej (bez zawartości wiskozy i celulozy) i folii polietylenowej o gramaturze 64,5g/m<sup>2</sup>, z częścią pośladkową o długości 28cm bez przylepca, całkowita długość 108m, szerokość 86cm. Wytrzymała na rozerwanie pod wpływem obciążenia płynem, sterylna

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 9**

Prosimy o dopuszczenie osłony składanej teleskopowo, w rozmiarze 8 x 200 cm z taśmą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody, wykonanego z mocnej, przezroczystej folii z dwoma taśmami do zamocowania, z perforowaną końcówką, rozmiar 15x240cm, zgodna z normą EN 13795

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody, wykonanego z mocnej, przezroczystej folii z jedną taśmą do zamocowania, z końcówką prostą, rozmiar 8x1200cm, zgodna z normą EN 13795

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracamy się z Prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu normy 13795 gdyż nie dotyczy ona osłon sterylnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

DZPZ/333/31UEPN/2020

Pozycja 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13cm x 235cm, posiadającej kartonik ułatwiający zakładanie.

**Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 8cm x 200cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 10**

pozycja 1-6. Czy Zamawiający dopuści folię z nieprzylepnymi aplikatorami?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x28cm o powierzchni lepnej 15x22cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 10 x 22,5 cm, powierzchnia lepna 10 x 14 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 15 x 36,5 cm, powierzchnia lepna 15 x 28 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz.2 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 28 x 38,5 cm, powierzchnia lepna 30 x 28 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz.3 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 45 x 63,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 55 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższy rozmiar dopuszczony jest w opisie przedmiotu zamówienia dla tej części.**

Poz.4 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 45 x 83,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze 28 x 53,5 cm, powierzchnia lepna 45 x 28cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1-6 Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylne i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów, dla których wymagania zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 15 x 27 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 15 x 20 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 30 x 27 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 30 x 20 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 45 x 57 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 45 x 50 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza folię w rozmiarze zaoferowanym powyżej, jednak pozostałe wymogi muszą być zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 55 x 87 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 55 x 80 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,050 mm. Rozmiar całkowity: 40 x 42 cm. Rozmiar warstwy lepnej: 40 x 35 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza folię w rozmiarze zaoferowanym powyżej, jednak pozostałe wymogi muszą być zgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 11**

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 i utworzenie odrębnego pakietu oraz dopuszczenie używanego w państwie szpitala fartucha do pracy z cytostatykami o poniższych parametrach:

Sterylny Fartuch pełnobarierowy (min.200 mmH<sub>2</sub>O) i oddychający (min. 3800 g/m<sup>2</sup>/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m<sup>2</sup>. Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha o parametrach zaoferowanych powyżej, jednak nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z części.**

### **Część nr 12**

pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści obłożenie do izolacji pionowej o wymiarach 200cm x 300cm +/- 10cm, wykonany z folii przezroczystej polietylenowej o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Serweta wyposażona w otwór wypełniony folią operacyjną o wymiarach 25cm x 80cm +/- 5cm, dwie dwukomorowe kieszenie

DZPZ/333/31UEPN/2020

na narzędzia po dwóch stronach otworu o wymiarach 26cm x 25cm oraz w dużą torbę do zbiórki płynów. Dodatkowo serweta posiada dwa organizery przewodów typu rzep?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety do izolacji pacjenta o wymiarach 330 cm x 250 cm. Rozmiar okna wypełnionego folią operacyjną 80 x 30 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym pikowanym 50 x 208cm  $\pm 2,5$  cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g  $\pm 5$ g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy o dopuszczenie:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 6500g/m<sup>2</sup> w badaniach jednostki akredytowanej,
- gramatura podstawowa: min.210 g/m<sup>2</sup>
- wymiary: min. 100 x 225cm  $\pm 5$ cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 $\pm 3$  cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10  $\pm 3$  cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.
- pakowana po 20 sztuk/ opakowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 14**

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie osłony o średnicy po rozciągnięciu 55 cm? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie osłony o średnicy po rozciągnięciu 80 cm? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy 55 cm po maksymalnym rozciągnięciu gumki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy 80cm po maksymalnym rozciągnięciu gumki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 15**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jałowego, barierowego fartucha chirurgicznego, szwy wykonane metodą klejenia (na całej powierzchni), oznaczenie rozmiaru poprzez widoczny nadruk na wewnętrznej stronie fartucha oraz na opakowaniu, opakowanie papier-folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rozmiar fartucha oznaczony był kolorem lamówki i dopuści oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**



DZPZ/333/31UEPN/2020

poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów jałowych w opakowaniu papierowo – foliowym, pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pełnobarierowego niejałowego fartucha izolacyjnego do ochrony przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi o poniższych parametrach:

Fartuch izolacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem. Gramatura: min. 40 g/m<sup>2</sup>. Rękawy zakończone elastyczną gumką. Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, kolor niebieski. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. normy EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+A1:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasy I. Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL, pakowany indywidualnie, niesterylny. Typ PB[6]-B wg EN ISO 13034. Ochrona biologiczna wg EN 14126. Wyrób medyczny, oznakowanie CE.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Duża odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie. Oddychający i paroprzepuszczalny materiał fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszyte troki, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniającym aseptyczną aplikację, dodatkowo 2 troki wewnętrzne, zapięcie typu rzep w okolicy karku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru i rodzaju fartucha nadrukowane bezpośrednio na fartuchu pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu. Niepylący. Niesterylny, przeznaczony do sterylizacji. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 - 1:2019. Opakowanie foliowe. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**

DZPZ/333/31UEPN/2020

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby troki były umieszczone w sztywnym kartoniku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy Zamawiającego o dostąpienie od wymogu dwóch troków wewnętrznych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuchów które są wiązane w pasie i przy szyji na troki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuchów tylko w rozmiarze L lub XL.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla niniejszej części uległ stosownej modyfikacji.**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 16**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z PP?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie jest bezzasadne.**

**Pytania do wzoru umowy:**

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych odpowiednio do:

- a. Wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 1
- b. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu Umowy w ust. 2

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych

kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wnosimy o zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią uzasadnienia do Rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk 382): „Bezpośrednim skutkiem pogorszenia

się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych mogą być trudności w ponoszeniu przez nich kosztów związanych z uzyskaniem zamówień publicznych, takich jak koszt wniesienia wadium czy też zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dlatego też w art. 58 pkt 15 projektu ustawy proponuje się zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w postępowaniach o najwyższych wartościach. Spowoduje to obniżenie kosztów udziału w postępowaniu, a przez to zwiększenie dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający powinien dokonać oceny zasadności żądania wniesienia wadium z uwzględnieniem specyfiki danego zamówienia, w tym kręgu potencjalnych wykonawców (np. czy istnieje ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców lub udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy).”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został wyliczony i oszacowany z należytą starannością i zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe – należy wycenić ilości i przygotować kalkulację cenową dla ilości wynikających z Formularza cenowego będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy*”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak

DZPZ/333/31UEPN/2020

inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

.....  
*podpis osoby uprawnionej*