

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 30 tys euro **na dostawę rękawic diagnostycznych nitylowych.**

Niniejszym Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia treści Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych, z nitylu, bezpudrowanych, będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony osobistej Kategorii III, posiadających badania niezależne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na ponad 25 substancji chemicznych (z czego min. 18 na poziomie min. 2 oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F-1671, według normy EN 374-1 określonych jako rękawice wodoodporne o niskiej odporności chemicznej (polega to na tym, że w badaniach na przenikanie substancji chemicznych wymienionych w załączniku A do normy, będących bardzo silnymi substancjami nie stosowanymi w placówkach służby zdrowia, nie uzyskano min. 2 poziomu ochrony dla minimum 3 substancji z ww. załącznika).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic, o których mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wyceny par rękawic, zgodnie z jednostką miary podaną we wzorze formularza cenowego i nie dopuszcza wyceny opakowania z przeliczeniem ilości. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem formularza cenowego, Wykonawca powinien również podać ilość zaoferowanych opakowań

rękawic oraz cenę za opakowanie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania a'200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic, o których mowa powyżej, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice winny posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rękawice mogą posiadać wyraźne oznaczenie rozmiaru na 5 ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy, natomiast nie jest to wymóg Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Czy zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art.89 ust. 1 pkt. 3 PZP) opakowanie rękawic winno posiadać informację o geograficznym pochodzeniu produktu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający oczekując zgodności z normą EN 374-1 ma na myśli pełen jej zakres czy z wyłączeniem klauzuli 5.3.2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga rękawic spełniających pełen zakres normy

EN 374-1, jednakże dopuszcza możliwość zaferowania rękawic spełniających normę EN 374-1 wyłączeniem klauzuli 5.3.2, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej.

.....

podpis osoby uprawnionej