

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

*do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 30 tys euro **na dostawę składników do dializy.**

Niniejszym Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Z uwagi na fakt, że wyłącznie firma Baxter posiada w swojej ofercie składnik suchy wodorowęglanowy o pojemności 1250g, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 2 ww. postępowania pojemności 1100g. Kapsuły kompatybilne z aparatami firmy Braun, Gambro, Baxter, Nikkiso.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania składników suchych wodorowęglanowych o pojemności 1100g, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

.....

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Olsztynie