

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisu technicznego urządzeń medycznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 233-613976 z dnia 01.12.2021r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Pytanie dot. SWZ, Załącznik 2 Formularz cenowy, zadanie 127
Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń w zadaniu 127 ilość przeglądów w jednym roku to 2.
Prosimy o potwierdzenie, że takiej właśnie ilości przeglądów oczekuje Zamawiający dla każdego z wymienionych w części 127 urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w części 127 powinno być wpisane 2 przeglądy w roku dla każdego urządzenia.

UWAGA:
Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści SWZ.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

DYREKTOR WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)